

**HYG
CEN**

Centrum hygieny a medicínské bezpečnosti produktů

HygCen GmbH Postfach 11 01 35 D- 19001 Schwerin

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth –Straße 12 – 16
D – 74653 Künzelsau

12.05.2004
Prof. We/ku

**Dezinfekční čistič ploch WÜRTH – číslo sortimentu 89376405
prEN 13623 (září 1999)
Baktericidní účinky na prostředek legionella pneumophila
(Fáze 2/stupeň 1)**

KONTROLNÍ PROTOKOL

Číslo laboratoře.	SN 2807
Označení produktu:	Dezinfekční čistič ploch WÜRTH – číslo sortimentu 89376405
Ředidlo doporučené výrobcem:	vodovodní voda
Skladovací podmínky:	dle výrobce
Účinné látky: ;	nejsou udány
Vzhled produktu.	čistá bezbarvá tekutina
Vůně:	aromatická

HYG

CEN

Centrum hygieny a medicínské bezpečnosti produktů

Zkušební metoda:	prEN 13623 (1999) Stanovení baktericidního účinku produktu na legionella pneumophila (fáze 2/ stupeň 1)
Zkušební doba:	18.10.2002 až 22.11.2002
Zkušební teplota:	30 ± 1 ° C
Koncentrace zkoušeného produktu:	100% , 75% , 10% (konečná koncentrace)
Doby působení:	t= 5 min, 15 min., 30 min., 60 min., ± 10 sec.
Inkubační teplota:	36 ° C ± 1 ° C
Ředidlo produktu:	ředidlo (bod 5.2.2.7)
Stabilita zkoušené směsi:	bez precipitátu během zkoušky
Neutralizační médium:	3.0% tween 80 + 3.0% saponin + 0,1% histidin + 0,1% cysteine
Zkoušená bakterie:	Legionella pneumophila, číslo skupiny 1, ATCC 33152

HYG CEN

Centrum hygieny a medicínské bezpečnosti produktů

Závěr: V souladu s prEN 13623 (1999) vykazuje produkt **Dezinfekční čistič ploch WÜRTH – číslo sortimentu 89376405** baktericidní účinek proti referenčnímu kmenu *Legionella pneumophila*, číslo skupiny 1, ATCC 33 152 během 5 minut koncentraci 75%.

Archivace: **Vyhotovení této zprávy bude uchováno společně se základními daty v archivu zadavatele.**

Pokyn: Zkouška se vztahuje výhradně na jmenovaný předmět zkoušky. Částečná reprodukce této zprávy pouze s písemným svolením HygCent GmbH.

HygCen

Centrum hygieny a medicínské bezpečnosti produktů GmbH

Prof. Dr. med. H.-P. Werner
vědecko-technický vedoucí

K. Naujox
vedoucí odboru